



EOLE 3 (xl)

Nature : Dispositif d'assistance Respiratoire

Famille : Ventilateur Volumétrique

Sous-Famille : Ventilateur Volumétrique avec mode Barométrique



◆ RÉFÉRENCES

Classe : B

Marquage CE : oui

Organisme notifié : CE 0197

Date d'obtention : 26 février 1998

Date de mise sur le marché :

Garantie standard : 1 an

Compatibilité électromagnétique : oui

◆ MODES VENTILATOIRES

- VC : Ventilation Contrôlée
- VAC : Ventilation Assistée Contrôlée
- VAC I : Ventilation Assistée contrôlée Intermittente
- RPrs : Relaxateur de Pression

PARAMÈTRES RÉGLABLES

Fréquence Respiratoire (F) :

Volum e Courant (Vt) : 70 à 1300 cc

Rapport I / E : 1/1 0 1/3,5

Alarm e de Pression m ax :

Alarm e de Pression m ini :

C om pteur de soup ir : 0 à 250 cycles / m n

Volum e du soup ir : de 1 à 2 fois le Vt

Pente inspiratoire : de 0 à 4

◆ ALARMES

- Alarme coupure de courant
- Alarm e de débranchem ent patient
- Alarm e délai d'apnée
- Alarm e de Fréquence m axim um
- Alarm e visuelle et sonore

◆ SPÉCIFICATIONS

Poids : 8,9 Kg

Dimensions (L x l x H) : 28 x 22 x 27 cm

Alim entation : 230 VAC / 50 H z - 10/30 VDC

C onsom m ation : 70 VA

Batterie interne : 24 VDC

Batterie externe : 24 VDC

Autonom ie batterie interne : 6 heures

Autonom ie batterie externe : 12 heures

A ffichage : Par écran à cristaux liquides

◆ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

⇒ M oteur / Soufflet

◆ ENTRETIEN

⇒ Selon les recom m andations du fabricant

◆ CONTACT FOURNISSEUR

Société : SAM E

Adresse : Z I de Savigny le T em ple

Lieu dit «Les Routoires»

25, rue de l'étain

• 77167 Savigny le T em ple

Téléphone : 01 64 41 78 58

Fax : 01 64 41 81 30

E.mail :

◆ COMMENTAIRE ANTADIR